



제2017-014929-01호

# 안전인증서

주식회사 센코

경기도 오산시 외삼미로15번길 73 (외삼미동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

## 품 목

Portable Multi Gas Detector

## 형식·모델(용량·등급) / 인증번호

SP-MGT-P (Ex d ia IIC T4) / 17-KA2BO-0236X

## 인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

## 인증조건

### 1. 제조공장

본 인증서는 '경기도 오산시 외삼미로15번길 73 (외삼미동)'에서 생산하는 제품에 한함.

### 2. 제품개요

- 휴대용 멀티 가스 검지기
- 제품정격: 배터리전원 (3.7 V Li-ion Rechargeable Battery - 최대 4.2 Vdc, Model: ICP103450S), 최대충전전압  $U_m = 6.3 V$
- 사용주위온도:  $-20 \text{ }^\circ\text{C} \leq T_a \leq +45 \text{ }^\circ\text{C}$

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호를 갖는 기기 본체에 한하여 유효함.

### 4. 안전한 사용을 위한 조건

- 폭발위험장소에서는 배터리를 교체하거나 충전하지 마시오.
- 기기 본체에 연결하여 사용하는 충전기는 상기 최대 충전전압을 만족하는 본질안전 관련기기로 안전지역에서만 사용하십시오.
- 설치 및 안전한 사용을 위한 상세조건은 사용설명서를 참조하십시오.

5. 인증(변경)사항: 없음.

### 6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2017 년 4 월 5 일

## 한국산업기술시험원장

