



# 防爆合格证

证号: GYJ18.1501X

由 SENKO Co., Ltd 制造的产品:  
(地址: 73, Oesammi-ro 15beon-gil, Osan-si, Gyeonggi-do, 18111, Korea)

名称 多气体探测器

型号规格 SP-MGT系列

防爆标志 Ex ia IIC T4 Ga、 Ex da ia IIC T4 Ga

产品标准 /

图样编号 1459MGTB559-100 Rev.1.0

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、IEC60079-1:2014、GB 3836.4-2010、GB 3836.20-2010 标准, 特颁发此证。

本证书有效期: 2018年12月3日至2023年12月2日

备注 1. 安全使用注意事项见本证书附件。  
2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件, 内容见本证书附件。  
3. 型号规格说明见本证书附件。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站  
颁发日期二〇一八年十二月三日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市漕宝路103号  
邮编: 200233

网址: www.nepsi.org.cn  
Email: info@nepsi.org.cn

电话: +86 21 64368180  
传真: +86 21 64844580