



제2019-041359-01-1호

안전인증서

주식회사 센코

경기도 오산시 외삼미로15번길 73 (외삼미동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Portable Single Gas Detector

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

SP-SGTP series (Ex ia IIC T4) / 19-KA2BO-0491X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2019-15호

인 증 조 건

1. 제조공장

본 인증서는 '경기도 오산시 외삼미로15번길 73 (외삼미동)'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 휴대용 단일 가스 검지기 (8종류 가스 검지 - O₂ / CO / SO₂ / H₂ / H₂S / NH₃ / NO₂ / Cl₂)
- 제품정격 : 배터리 전원 (Lithium/Thionyl chloride Battery - 정격 3.6 V, 최대 3.9 V, 사용자 교체 불가)
- 사용주위온도 : -40 °C ~ +50 °C (for CO, H₂, H₂S, NH₃, NO₂ types),
-30 °C ~ +50 °C (for O₂, SO₂ types), -20 °C ~ +40 °C (for Cl₂ type)

3. 인증범위 : 본 인증서는 아래의 형식번호에 한하여 유효함.

·SP-SGTP-A (A = 가스 종류 O₂ / CO / SO₂ / H₂ / H₂S / NH₃ / NO₂ / CL₂)

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 경고 - 내장 배터리를 포함한 제품의 어느 부분도 사용자가 교체하지 마시오. - 설명서 참조
- 내장 배터리를 포함한 제품의 모든 부분은 사용자에게 의해 교체되지 않는다. 오직 제조자만이 안전지역에서 제조, 수리, 정비 시에 기기의 본질안전을 훼손함이 없이 각 부분들을 설치 및 교체 하여야 한다. 사용자는 제품 사용 중에 문제 발생 시 제조자에게 문의하여야 한다.

5. 인증(변경)사항 : 없음.

6. 그 밖의 사항

- 설치 및 안전한 사용을 위한 상세조건은 사용설명서를 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
- 본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx KTL 19.0019X Issue No.0)와 함께 사용

2019 년 7 월 11 일

한국산업기술시험원

